



EMISSIONI

SAMPLING SYSTEM

EMISSIONS

SISTEMI DI CAMPIONAMENTO



PCDD/PCDF UNI EN 1948-1

Sistema per il campionamento di PCDD / PCDF con sonda in vetro.

Norma di riferimento: UNI EN 1948-1 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili - Parte 1: Campionamento di PCDD/ PCDF.

La norma UNI EN 1948-1 stabilisce che l'operatore ha la possibilità di scegliere fra tre metodi di raccolta differenti: quelli con filtro e condensatore, diluizione e sonda fredda. Mega System propone la sonda in vetro per il metodo con filtro e condensatore.



PCDD / PCDF sampling system with glass probe.

Reference standards: EN 1948-1 Emissions from steady source - Determination of the concentration in mass of PCDD/PCDF and PCB dioxin similar- Part 1: PCDD/ PCDF sampling.

According to the EN 1948-1 standard the operator can choose among three different sampling methods: with filter and condenser, dilution and cold probe. Mega System propose the glass probe for the filter and condenser method.



شرکت آلایرداز محیطا

تهران - خیابان آزادی - بین خیابان شادمهر و
بزرگراه یادگار امام - شماره ۴۱۷ - واحد ۵

E-mail: info@apm-co.ir

Website: www.apm-co.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۷۲-۵

فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۰۵۰۹

